


ORFIT® CLASSIC RADIAL WRIST EXTENSION ORTHOSIS

Material: Orfit® Classic Stiff 3.2 mm (1/8”) non perforation

<p>Art. no. 35865K (S) 35866K (M) 35867K (L)</p>	<p><i>Indications: Rheumatoid arthritis: preventive and corrective use for common deviations</i></p> <p><i>Indicaties: Reumatoïde artritis: preventieve en correctieve behandeling van stereotype misvorming</i></p> <p><i>Indications: Polyarthrite rhumatoïde: prévention et correction de déviations typiques</i></p> <p><i>Indikationen: Rheumatoide Arthritis: präventive und korrektive Behandlung typischer Deviationen</i></p>
---	--

<p>This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient. Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31000) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures. Other used products: ORFIT® Classic 1.6 mm non perforated for the fixation and 2 lateral coil springs (1 right and 1 left).</p> <p>This pattern is NOT SUITABLE for the following application: spasticity</p> <p>These instructions were made up in accordance with the European Directive 93/42/EEC for Medical Devices. It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.</p> <p>For additional copies, please contact your local distributor or send an e-mail to welcome@orfit.com</p>	<p>Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31000) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen. ORFIT® Classic 1.6 mm niet geperforeerd voor de fixatie en 2 laterale spiraalveren (1 rechtse en 1 linkse).</p> <p>Dit patroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassing: spasticiteit</p> <p>Deze gebruiksaanwijzingen werden opgesteld in de geest van de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van Orfit Industries.</p> <p>Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land of stuur een e-mailbericht naar welcome@orfit.com</p>
<p>Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient. Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (réf. no. 31000) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant. Autres produits utilisés sont ORFIT® Classic 1.6 mm non perforé pour la fixation et 2 ressorts d'extension (1 gauche et 1 droit).</p> <p>Ce patron n'est PAS INDIQUE pour le cas suivant: spasticité</p> <p>Ces instructions d'utilisation ont été rédigées dans l'esprit de la Directive Européenne 93/42/CEE concernant les aides techniques médicales. Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'Orfit Industries.</p> <p>Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par e-mail à welcome@orfit.com</p>	<p>Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden. Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31000) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Andere verwendete Produkte sind ORFIT® Classic 1.6 mm nicht perforiert für die Fixierung und 2 laterale Torsionsfeder (1 linkse und 1 rechtse).</p> <p>Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikation: Spastizität</p> <p>Diese Gebrauchsanweisungen wurden im Geiste der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG für medische Hilfemittel aufgestellt. Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von Orfit Industries.</p> <p>Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen E-Mail Bericht nach der Adresse welcome@orfit.com</p>

SIZING



SIZING


Measure the total hand width at the MCP joints of the 2nd to 5th finger.

60-70 mm - $2\frac{1}{5}$ " - $2\frac{3}{4}$ " = **SMALL**

80-90 mm - $3\frac{1}{8}$ " - $3\frac{1}{2}$ " = **MEDIUM**

100-110 mm - 4" - $4\frac{3}{10}$ " = **LARGE**

METHOD OF APPLICATION



Note:

It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.
ORFIT® CLASSIC is a registered trademark of ORFIT INDUSTRIES N.V.



ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) (0)3 326 20 26
welcome@orfit.com

www.orfit.com



Ref. No. 35865K-35866K-35867K ORFIT CLASSIC
VERSION 5
LAST UPDATE: 09/02/2022
REVISION DATE: 09/02/2024