

Käyttöohje – Fingersling

Valmistaja suosittelee, että tuen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätoimintaterveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Käyttötarkoitus

Tämä tuki tukee käyttäjän sormia ja kättä vamman tai leikkauksen jälkeen, kroonisen kivun, nivelrikon tai rasitusvammojen yhteydessä. Tukee kevyesti rystynivelä ja ohjaa sormia radiaalisesti keskiasentoon. Tukea voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä raskaiden tai toistuvien liikkeiden yhteydessä. Tukea voidaan käyttää myös yhdessä rannetuen kanssa.

Pukeminen

1. Avaa kaikki tarranauhat ja aseta käsi tukeen siten, että peukalo asettuu peukaloreikään ja etusormi suljettuun lenkkiin. Aseta keskisormi, nimetön ja pikkusormi sorminauhojen väliin. Kuva 1.
2. Sulje tarranauha kämmenselän puolelle.
3. Vedä sorminauhvoja kohti peukaloa ja pujota nauha etusormen ja peukalon välistä. Sulje sorminauha kämmenen puolelle. Kuva 2a ja 2b.
4. Tarkista, että koukku ja nukkanauhat asettuvat päällekkäin ja, että tuki istuu käteen mukavasti.



Säädä tarranauhojen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se häiritse normaalia verenkiertoa.

Materiaali

Polyesteri, viskoosi, elastaani, nyloni. Lateksiton.

Pesuohe

Sulje tarranauhat. Noudata pesuohjeita. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



Kokotaulukko

Koko	Rystynivelten ympärysmitta	Koko	Rystynivelten ympärysmitta	Koko	Rystynivelten ympärysmitta
S	16 - 19 cm	M	19 - 22 cm	L	22 - 24 cm

Kokotaulukko on suuntaa antava. Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kierrätys

Lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Käyttöohje – Fingersling

Valmistaja suosittelee, että tuen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätoimintaterveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Käyttötarkoitus

Tämä tuki tukee käyttäjän sormia ja kättä vamman tai leikkauksen jälkeen, kroonisen kivun, nivelrikon tai rasitusvammojen yhteydessä. Tukee kevyesti rystynivelä ja ohjaa sormia radiaalisesti keskiasentoon. Tukea voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä raskaiden tai toistuvien liikkeiden yhteydessä. Tukea voidaan käyttää myös yhdessä rannetuen kanssa.

Pukeminen

1. Avaa kaikki tarranauhat ja aseta käsi tukeen siten, että peukalo asettuu peukaloreikään ja etusormi suljettuun lenkkiin. Aseta keskisormi, nimetön ja pikkusormi sorminauhojen väliin. Kuva 1.
2. Sulje tarranauha kämmenselän puolelle.
3. Vedä sorminauhvoja kohti peukaloa ja pujota nauha etusormen ja peukalon välistä. Sulje sorminauha kämmenen puolelle. Kuva 2a ja 2b.
4. Tarkista, että koukku ja nukkanauhat asettuvat päällekkäin ja, että tuki istuu käteen mukavasti.



Säädä tarranauhojen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se häiritse normaalia verenkiertoa.

Materiaali

Polyesteri, viskoosi, elastaani, nyloni. Lateksiton.

Pesuohe

Sulje tarranauhat. Noudata pesuohteita. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



Kokotaulukko

Koko	Rystynivelten ympärysmitta	Koko	Rystynivelten ympärysmitta	Koko	Rystynivelten ympärysmitta
S	16 - 19 cm	M	19 - 22 cm	L	22 - 24 cm

Kokotaulukko on suuntaa antava. Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kierrätys

Lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se